AGREGA

Yassılık İndeksi Elek Seti

Yassılık İndeksi Elek Seti, BS standardına uygun olarak iri agregaların yassılık indeksinin belirlenmesinde kullanılır. Agrega tanesi kalınlığının (en küçük boyut), ait olduğu tane sınıfının üst ve alt elek açıklıklarının aritmetik ortalamasının 0,6 katından daha küçük olması durumunda, söz konusu agrega tanesi yassı tane olarak değerlendirilir.

Deneye tabi tutulacak agrega numunesi, 6,3 mm ile 63 mm arasındaki 7 standart tane sınıfına ayrılır ve her tane sınıfı ilgili yassılık eleği kullanılarak ayrı ayrı analiz edilir.

Elekler, ilgili standartlarda belirtilen boyut ve toleranslara uygun olarak yüksek dayanımlı çelik sacdan imal edilmekte olup, uzun kullanım ömrü ve korozyon direnci sağlamak amacıyla elektrostatik toz boya ile kaplanmıştır. Hassas işlenmiş yarık ölçüleri, doğru ve tekrarlanabilir deney sonuçları elde edilmesini sağlar.

PAG-420.1 Yassılık İndeksi Elek, 4.9 x 30 mm

PAG-420.2 Yassılık İndeksi Elek, 7.2 x 40 mm

PAG-420.3 Yassılık İndeksi Elek, 10.2 x 50 mm

PAG-420.4 Yassılık İndeksi Elek, 14.4 x 60 mm

PAG-420.5 Yassılık İndeksi Elek, 19.7 x 80 mm

PAG-420.6 Yassılık İndeksi Elek, 26.3 x 90 mm

PAG-420.7 Yassılık İndeksi Elek, 33.9 x 100 mm

İlgili Standartlar

BS 812:105.1

İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler

Agrega Darbe Değeri (AIV) Deney Cihazı

PAG-413

Los Angeles Aşındırma Cihazı

PAG-400

Ayarlı Bölgeç

PAG-412

Ürünü Websitemizde İnceleyin

Bu ürünün güncel teknik detaylarına, görsellerine ve dökümanlarına ulaşmak için sağdaki QR kodu akıllı telefonunuzun kamerası ile taratabilir veya doğrudan web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.