GRANULATS

Tamis à flocons



Le Tamis à flocons est utilisé pour déterminer l'indice de lamellarité des granulats grossiers conformément à la norme BS. Une particule de granulat est considérée comme lamellaire lorsque son épaisseur (la plus petite dimension) est inférieure à 0,6 fois la moyenne des ouvertures des tamis supérieur et inférieur correspondant à sa classe granulométrique.

L'échantillon de granulat à analyser est séparé en sept fractions granulométriques normalisées, comprises entre 6,3 mm et 63 mm, puis chaque fraction est examinée séparément à l'aide du tamis correspondant.

Les tamis sont fabriqués en acier haute résistance, conformément aux dimensions et tolérances spécifiées par la norme applicable. Ils sont protégés par un revêtement en poudre électrostatique offrant une excellente résistance à la corrosion et une longue durée de vie. Les fentes usinées avec précision garantissent des mesures exactes et des résultats d'essais fiables et reproductibles.

PAG-420.1 4.9 x 30 mm

PAG-420.2 7.2 x 40 mm

PAG-420.3 10.2 x 50 mm

PAG-420.4 14.4 x 60 mm

PAG-420.5 19.7 x 80 mm

PAG-420.6 26.3 x 90 mm

PAG-420.7 33.9 x 100 mm

Normes Associées

BS 812:105.1

Ces Produits Pourraient Vous Intéresser



Cône d’Absorbtion des Sables

PAG-421



Diviseur d’échantillon (Boîte à riffles)

PAG-418



Ensemble de test au bleu de methylene

PAG-403

Découvrez le Produit sur Notre Site Web

Pour accéder aux détails techniques mis à jour, aux images et aux documentations de ce produit, vous pouvez scanner le code QR à droite avec l'appareil photo de votre smartphone ou visiter directement notre site web.