SOL

Moules Proctor et dames



Les moules Proctor et dames servent à déterminer la relation entre la teneur en en eau et la densité du sol compacté. Fabriqué en acier cadmié, le moule comprend la hausse, corps de moule et plaque de base. Les dames sont utilisées pour compacter l'échantillon de sol dans les moules Proctor et sont en acier. Différents modèles sont disponibles conformément aux normes en vigueur.

Selon la norme NF P 94-093, les moules Proctor et les dames comportant «NF» peuvent être utilisés en alternative aux moules et dames comprenant «E» qui sont également conformes à la norme EN 13286-2.

Normes Associées

ASTM D 698, D 1557, D 558 ; AASHTO T 99, T180, T 134 ; EN 13286-2; BS 1377:4, 1924:2; TS 1900-1

Ces Produits Pourraient Vous Intéresser



Ensemble de test au cone de sable
PSO-214



Machine d'Essai CBR Automatique
PSO-220.TS



Extracteur d'échantillons Marshall / CBR / Proctor
PSO-115

Découvrez le Produit sur Notre Site Web

Pour accéder aux détails techniques mis à jour, aux images et aux documentations de ce produit, vous pouvez scanner le code QR à droite avec l'appareil photo de votre smartphone ou visiter directement notre site web.